



**Attestation de contrôle
de kit Elisa pour le diagnostic
de la peste porcine africaine**

Ploufragan, le 10/08/2020

Institut producteur : ID VET
Nom du test : ID Screen ASF Indirect

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

N° de lot : G91

Date de péremption : janvier 2022

N° Notice : ASFS ver 0115 FR

Date de réception des réactifs : 29 juillet 2020

Etat des réactifs : Bon

Problèmes rencontrés : /

Matrice : sérums de porc

Résultats :

Critère évalué (Indice)	conclusion
Sensibilité analytique (détection du NED= MRVIP2)	conforme
Cohérence de la loi « dose-effet »	conforme
Spécificité analytique (= 1)	conforme
Spécificité diagnostique (≥ 0.98)	conforme
Sensibilité diagnostique (≥ 0.95)	conforme
Indice de répétabilité intra-essai ($\leq 10\%$)	conforme
Conclusion sur le lot testé	conforme

Dossier suivi par :
BOURRY Olivier

Ligne directe :
02 96 01 01 39

Fax direct :
02 96 01 62 94

E- mail :
Olivier.bourry@anses.fr

N. Réf. :
20EH065

V. Réf. :

**E. HUTET
Technicien**

**O. BOURRY
Responsable Adjoint LNR**

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**Attestation de contrôle
de kit Elisa pour le diagnostic
de la peste porcine africaine**

Ploufragan, le 10/08/2020

Institut producteur : ID VET
Nom du test : ID Screen ASF Competition

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

N° de lot : G99
Date de péremption : juin 2022
N° Notice : ASFC ver 0217 FR
Date de réception des réactifs : 29 juillet 2020
Etat des réactifs : Bon
Problèmes rencontrés : /
Matrice : sérums de porc
Résultats :

Critère évalué (Indice)	conclusion
Sensibilité analytique (détection du NED= MRVIP2)	conforme
Cohérence de la loi « dose-effet »	conforme
Spécificité analytique (= 1)	conforme
Spécificité diagnostique (≥ 0.98)	conforme
Sensibilité diagnostique (≥ 0.95)	conforme
Indice de répétabilité intra-essai (≤10%)	conforme
Conclusion sur le lot testé	conforme

Dossier suivi par :
BOURRY Olivier

Ligne directe :
02 96 01 01 39

Fax direct :
02 96 01 62 94

E- mail :
Olivier.bourry@anses.fr

N. Réf. :
20EH066

V. Réf. :

**E. HUTET
Technicien**

**O. BOURRY
Responsable Adjoint LNR**

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**Attestation de contrôle
de kit Elisa pour le diagnostic
de la peste porcine africaine**

Ploufragan, le 03/02/2020

Institut producteur : INGENASA

Nom du test : Ingezim PPA COMPAC I.I.PPA.K3

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

N° de lot : 101019

Date de péremption : mai 2021

N° Notice : N°335RD (Rév 18/12/18)

Date de réception des réactifs : 17/01/2020

Etat des réactifs : Bon

Problèmes rencontrés : /

Matrice : sérums de porc

Résultats :

Critère évalué (Indice)	conclusion
Sensibilité analytique (détection du NED= MRVIP2)	conforme
Cohérence de la loi « dose-effet »	conforme
Spécificité analytique (= 1)	conforme
Spécificité diagnostique (≥ 0.98)	conforme
Sensibilité diagnostique (≥ 0.95)	conforme
Indice de répétabilité intra-essai (≤10%)	conforme
Conclusion sur le lot testé	conforme

Dossier suivi par :
LE POTIER Marie Frédérique

Ligne directe :
02 96 01 62 90

Fax direct :
02 96 01 62 94

E- mail :
marie-frederique.lepotier@anses.fr

N. Réf. :
20EH018

V. Réf. :

**E. HUTET
Technicien**

**M.F. LEPOTIER
Responsable LNR**

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**Attestation de contrôle
de kit Elisa pour le diagnostic
de la peste porcine africaine**

Ploufragan, le 08/01/2019

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : ID VET
Nom du test : ID Screen® African Swine Fever Competition,
matrice sérum
N° de lot : E26
Date de péremption : octobre 2020
N° Notice : ASFC ver 0217 FR
Date de réception des réactifs : 23/10/2018
Etat des réactifs : Bon
Problèmes rencontrés : /
Résultats :

Critère évalué (Indice)	conclusion
Sensibilité analytique (détection du NED= MRVIP2)	conforme
Cohérence de la loi « dose-effet »	conforme
Spécificité analytique (= 1)	conforme
Spécificité diagnostique (≥ 0.98)	conforme
Sensibilité diagnostique (≥ 0.95)	conforme
Indice de répétabilité intra-essai (≤10%)	conforme
Conclusion sur le lot testé	conforme

Dossier suivi par :
LE POTIER Marie Frédérique

Ligne directe :
02 96 01 62 90

Fax direct :
02 96 01 62 94

E- mail :
marie-frederique.lepotier@anses.fr

N. Réf. :
19VL009

V. Réf. :

**E. HUTET
Technicien**

**M.F. LEPOTIER
Responsable LNR**

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE