



**Contrôle de réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome
du virus de la Maladie d'Aujeszky**

Ploufragan, le 18/12/2020

**Unité virologie et
immunologie porcines**

Laboratoire National de
Référence :

Maladie d'Aujeszky,

Peste Porcine Africaine,

Peste Porcine Classique,

Influenza Porcin

Dossier suivi par :
DEBLANC Céline

Ligne directe :
02 96 01 62 05

Fax direct :
02 96 01 62 94

E-mail :
celine.deblanc@anses.fr

N. Réf. :
20AO098

V. Réf. :

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Institut producteur : ADIAGENE
Nom du test : Adiavet PRV Realtime
Référence : ADI072

Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR28
Date de péremption : 10/12/2022
Version de notice d'utilisation : n° NF072-08
Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 15/12/2020
Etat des réactifs : Bon
Date de réalisation du contrôle : 16 et 17/12/2020
Code Analyse : APA201216A et APA201217B

Résultats :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

A. OGER
Technicienne

C. DEBLANC
Responsable adjointe LNR



**Contrôle de réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome
du virus de la Maladie d'Aujeszky**

Ploufragan, le 28/05/2019

**Unité virologie et
immunologie porcines**

Laboratoire National de
Référence pour :

la maladie d'Aujeszky,

la peste porcine
Africaine,

la peste porcine
classique,

les virus Influenzas
porcins

Institut producteur : ADIAGENE
Nom du test : Adiavet PRV Realtime
Référence : ADI072

Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR24
Date de péremption : 09/05/2021
Version de notice d'utilisation : n° NF072-07
Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 15/05/2019
Etat des réactifs : Bon
Date de réalisation du contrôle : 28/05/2019
Code Analyse : APA190528A

Dossier suivi par :
DEBLANC Céline

Ligne directe :
02 96 01 62 05

Fax direct :
02 96 01 62 94

E-mail :
celine.deblanc@anses.fr

N. Réf. :
19AO044

V. Réf. :

Résultats :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme



**Contrôle de réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome
du virus de la Maladie d'Aujeszky**

Ploufragan, le 29/06/2020

**Unité virologie et
immunologie porcines**

Laboratoire National de
Référence :

Maladie d'Aujeszky,

Peste Porcine Africaine,

Peste Porcine Classique,

Influenza Porcin

Dossier suivi par :
DEBLANC Céline

Ligne directe :
02 96 01 62 05

Fax direct :
02 96 01 62 94

E-mail :
celine.deblanc@anses.fr

N. Réf. :
20AO055

V. Réf. :

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Institut producteur : ADIAGENE
Nom du test : Adiavet PRV Realtime
Référence : ADI072

Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR26
Date de péremption : 22/06/2022
Version de notice d'utilisation : n° NF072-08
Changement de version / lot antérieur : oui

Date de réception des réactifs : 24/06/2020
Etat des réactifs : Bon
Date de réalisation du contrôle : 26/06/2020
Code Analyse : APA200626A

Résultats :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

A. OGER
Technicienne

C. DEBLANC
Responsable adjointe LNR