



**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 24/08/2020

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort**

**Unité
Virologie Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : Biosellal Diagnostic Santé Animale

Adresse : 27, chemin des Peupliers

69570 Dardilly

Nom du test : Bio-T kit CSFV

Référence : BioTK058 ou BioTK060

Descriptif des réactifs : lot n° CSFV-01E

Date de péremption : 08/2021

Version de notice d'utilisation : n°MU-qCSFV-003-FR Septembre 2019

Taille du lot produit : 650 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 19/08/2020

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 19/08/2020

Code Analyse : PPB200819A

Dossier suivi par :
Marie Frédérique Le Potier

Ligne directe :
02.96.01.62.90

Fax direct :

E-mail :
marie-frederique.lepotier @anses.fr

N. Réf. :

20MLD068

V. Réf. :

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TÉLÉPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TÉLÉCOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

M. LE DIMNA
Technicienne

M.F. LE POTIER
Responsable LNR



**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 14/10/2019

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujesky

Institut producteur : ADIAGENE-BioX Diagnostics

Adresse : 9 rue Gabriel Calloët-Kerbrat

22440 PLOUFRAGAN

Nom du test : Adiavet PPC Real Ttime

Référence : ADI223-100

Descriptif des réactifs : lot n° 22K3TR07

Date de péremption : 27/03/2021

Version de notice d'utilisation : n° NF 223-02

Taille du lot produit : 3000 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 03/10/2019

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 14/10/2019

Code Analyse : PPA191014A

Dossier suivi par :
Olivier Bourry

Ligne directe :
02.96.01.01.39

Fax direct :

Olivier.bourry @anses.fr

N. Réf. :

19MLD066

V. Réf. :

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme



**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 20/05/2019

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané**

**Unité
Virologie et Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujesky

Institut producteur : ADIAGENE-BioX Diagnostics

Adresse : 9 rue Gabriel Calloët-Kerbrat

22440 PLOUFRAGAN

Nom du test : Adiavet PPC Real Ttime

Référence : ADI223-100

Descriptif des réactifs : lot n° 22K3TR06

Date de péremption : 29/10/2020

Version de notice d'utilisation : n° NF 223-02

Taille du lot produit : 4000 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 10/05/2019

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 20/05/2019

Code Analyse : PPA190520A

Dossier suivi par :
Olivier Bourry

Ligne directe :
02.96.01.01.39

Fax direct :

Olivier.bourry @anses.fr

N. Réf. :

19MLD41

V. Réf. :

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme



**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 01/07/2020

**Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort**

**Unité
Virologie Immunologie
Porcines**

**Laboratoire National de
Référence :**

**Pestes Porcines Classique et
Africaine**

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : ADIAGENE-BioX Diagnostics

Adresse : 9 rue Gabriel Calloët-Kerbrat

22440 PLOUFRAGAN

Nom du test : Adiavet PPC Real Ttime

Référence : ADI223-100

Descriptif des réactifs : lot n° 22K3TR12

Date de péremption : 24/06/2022

Version de notice d'utilisation : n° NF 223-03

Taille du lot produit : 3000 réactions

Changement de version / lot antérieur : oui

Date de réception des réactifs : 26/06/2020

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 29/06/2020

Code Analyse : PPA200629A

Dossier suivi par :
Patricia Renson

Ligne directe :
02.96.01.64.50

Fax direct :

patricia.renson@anses.fr

N. Réf. :

20MLD058

V. Réf. :

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

BP 53

22440 PLOUFRAGAN

TÉLÉPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22

TÉLÉCOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53

www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. LE DIMNA
Technicienne

P. RENSON
Responsable Adjointe LNR