



Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité Virologie Porcine, Innovation & Génomique

41 rue de Beaucemaine - 22440 Ploufragan

Tél: 02 96 01 64 38

uvip@anses.fr

Contact : Céline DEBLANC

LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC	Maladie d'Aujeszky
------------	--------------------

TECHNIQUE	ELISA
-----------	-------

Date de mise à jour :

12/05/2026

Liste des lots de réactifs

Fabricant /Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrices contrôlées par le LNR				Date du contrôle	Date de Péréemption
					S	MS	B	MB		
IDEXX	99-41529	IDEXX PRV/ADVgE	AH 951	06-41529-04	x				29/01/2025	26/06/2026
IDEXX	99-09732	IDEXX PRV/ADV gB	CZ 054	06-04793-14	x	NC			08/04/2025	04/09/2026
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gE competition	P44	1170012735	x				26/09/2024	30/09/2026
IDEXX	99-09732	IDEXX PRV/ADV gB	W000979	06-04793-14	x	x*			27/01/2026	30/03/2027
IDEXX	99-41529	IDEXX PRV/ADVgE	AI 891	06-41529-04	x				06/11/2025	06/04/2027
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gE competition	Q46	1170012735	x				24/04/2025	28/04/2027
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGB	ID Screen - Aujeszky gB Competition	Q18	1223 FR 0015013	x	x	x	x	07/05/2025	30/04/2027
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGB	ID Screen - Aujeszky gB Competition	R99	1223 FR	x	x	x	x	13/04/2026	31/03/2028
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gB Competition	T01	1170012735	x				30/04/2026	30/04/2028

Tous les contrôles sont réalisés uniquement en protocole court, sauf cas particuliers indiqués dans le tableau (*)

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR (uvip@anses.fr)

S : Sérums Individuels
MS : Mélanges sérums
B : Buvards
MB : Mélanges buvards
NC : Non Conforme
x* : Conforme uniquement en protocole de nuit