



anses

Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité Virologie Porcine, Innovation & Génomique

41 rue de Beaucemaine - 22440 Ploufragan

Tél: 02 96 01 64 38

uvip@anses.frContact : Céline DEBLANC

LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC	Maladie d'Aujeszky			
TECHNIQUE	ELISA			

Date de mise à jour :

07/11/2025

Liste des lots de réactifs

Fabricant /Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrices contrôlées par le LNR				Date du contrôle	Date de Péremption
					S	MS	B	MB		
IDEXX	99-41529	IDEXX PRV/ADV gE	AH 291	06-41529-03	x				27/08/2024	29/01/2026
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gE Competition	N82	0117FR	x				01/02/2024	31/01/2026
IDEXX	99-09732	IDEXX PRV/ADV gB	KY 707	06-04793-14	x	NC			15/10/2024	16/03/2026
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGB	ID Screen - Aujeszky gB Competition	N72	1223 FR	x	x	x	x	05/06/2024	30/04/2026
IDEXX	99-41529	IDEXX PRV/ADVgE	AH 951	06-41529-04	x				29/01/2025	26/06/2026
IDEXX	99-09732	IDEXX PRV/ADV gB	CZ 054	06-04793-14	x	NC			08/04/2025	04/09/2026
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gE competition	P44	1170012735	x				26/09/2024	30/09/2026
IDEXX	99-41529	IDEXX PRV/ADVgE	AI 891	06-41529-04	x				06/11/2025	06/04/2027
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGE	ID Screen - Aujeszky gE competition	Q46	1170012735	x				24/04/2025	28/04/2027
Innovative Diagnostics	AUJESZKYGB	ID Screen - Aujeszky gB Competition	Q18	1223 FR 0015013	x	x	x	x	07/05/2025	30/04/2027

Tous ces contrôles sont réalisés en protocole court

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR (uvip@anses.fr)

S : Sérum Individuels
MS : Mélanges sérum
B : Buvards
MB : Mélanges buvards
NC : Non Conforme