

**LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS**

<b>DIAGNOSTIC</b>	<b>Peste Porcine Classique</b>
-------------------	--------------------------------

<b>TECHNIQUE</b>	<b>PCR</b>
------------------	------------

**Date de mise à jour : 19/02/2026**
**Liste des lots de réactifs conformes**

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrices contrôlées par le LNR			Kit d'extraction utilisé pour le contrôle	Date du contrôle	Date de Péréemption
					Sg	R	A			
BIOSELLAL	BIOTK058/060	Bio-T kit CSFV	CSFV-01J	MU/qCSFV/003/FR (mars 2024)	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	07/04/2025	03/03/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR20	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	01/07/2024	13/06/2026
BIOSELLAL	BIOTK058/060	Bio-T kit CSFV	CSFV-01K	MU/qCSFV/003/FR (mars 2024)	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	17/02/2026	31/01/2027
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR21	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	30/06/2025	23/06/2027

 Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR ([uvip@anses.fr](mailto:uvip@anses.fr))

**Liste des réactifs validés par le LNR**

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du kit	Matrices validées par le LNR				Kits d'extraction (*) kit utilisé pour la confirmation par le LNR
			S	Sg	R	A	
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-50/100	Adiavet CSFV Real Time	x	x	x	x	RNeasy Mini Kt (Qiagen) QIAmp Viral RNA (Qiagen) <b>NucleoSpin RNA (MN)*</b> NucleoSpin 96 Virus (MN) NucleoSpin RNA Virus (MN) <b>ADIAMAG (BioX Diagnostics)*</b>

BIOSELLAL	BioTK058/060	Bio-T kit CSFV			X	X	X	X	<i>RNeasy Mini Kit (Qiagen)*</i> Cadon Pathogen 96 QIAcube HT Kit (Qiagen) <i>NucleoSpin RNA Virus (MN)*</i> <i>NucleoSpin 8 virus (MN)*</i> <i>BioExtract Column (Biosella)*</i> <i>BioExtract SuperBall (Biosella)*</i>
	<b>S : S�rum</b>	<b>Sg : Sang sur EDTA</b>	<b>R : Rate</b>	<b>A : Amygdale</b>					MN : Macherey Nagel